

# 仕 様 書

(陽イオンクロマトグラフ)

機種:陽イオンクロマトグラフ

以下の要件を備えること

**【仕様条件】**

- ・ナトリウム、アンモニウム、カリウム、マグネシウム、カルシウムの各陽イオンの水溶液中濃度を同時測定可能なこと。
- ・研究所保有のPCワークステーションにより稼働可能なこと。
- ・溶離液にはメタンサルホン酸溶液を使用すること。
- ・陽イオンの定量には電気伝導度検出器を用いること。
- ・サンプル自動注入の注入量範囲は0.1~100 $\mu$ Lであること。
- ・サンプルを105本までセットできること。

**【本体以下、下記の部品を構成していること】**

	品 名	数 量	備 考
1	システムコントローラ	1 式	
2	送液ユニット	1 式	
3	脱気ユニット	1 式	
4	オートサンプラ	1 式	
5	カラムオーブン	1 式	
6	電気伝導度検出器	1 式	
7	LC増設キット	1 式	
8	据付調整費	1 式	動作確認も含む